



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 24.49.33.000.М.000386.04.23 от 28.04.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

условия работы с источником физических факторов воздействия на человека (ионизирующим излучением) аппаратом рентгеновским интраоральным FONA X70, зав. № 3302FW5053, в соответствии с приложением к настоящему заключению,

установленным в рентгеновском кабинете ООО "СТОМАТОЛОГИЯ УЛЫБКА ТАРИ" по адресу: 660010, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты "Красноярский рабочий", д. 154, корпус 1, помещение 41а (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "СТОМАТОЛОГИЯ УЛЫБКА ТАРИ", 660094, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 44, помещение 88 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009, СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 4357 от 24.04.2023, выполненное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае"

Заключение действительно до 28.04.2028 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3545021



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 24.49.33.000.М.000386.04.23 от 28.04.2023 г.

условия работы с источником физических факторов воздействия на человека (ионизирующим излучением) аппаратом рентгеновским интраоральным FONА Х70, зав. № 3302FW5053

по адресу: 660010, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты "Красноярский рабочий", д. 154, корпус 1, помещение 41а

FONA X70 - рентгеновский интраоральный аппарат
Производитель: "FONA S.r.l.", Италия
Тип излучения - генерирующий (рентгеновское)
Виды работ: прицельная рентгенография
Максимальное напряжение на аноде 70 кВ
Максимальный анодный ток 7 мА
Рабочая нагрузка до 40 (мА*мин)/нед.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

