



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 24.49.33.000.М.000149.03.22 от 28.03.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

условия работы с источником физических факторов воздействия на человека (ионизирующим излучением) аппаратом рентгеновским дентальным "Gendex", зав. № 3001232, в соответствии с приложением к настоящему заключению,

установленным в рентгеностоматологическом кабинете ООО "Стоматология Улыбка Тари" по адресу: 660094, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 44, помещение 88 (Российская Федерация)

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Стоматология Улыбка Тари", 660094, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 44, помещение 88 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009, СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

экспертное заключение № 2082-АБ-ЭЗ от 10.03.2022, выполненное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

Заключение действительно до 28.03.2027 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3396019





Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 24.49.33.000.М.000149.03.22 от 28.03.2022 г.

Условия работы с источником физических факторов воздействия на человека (ионизирующим излучением) аппаратом рентгеновским дентальным "Gendex", зав. № 3001232 по адресу: 660094, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 44, помещение 88

"Gendex" - рентгеновский дентальный аппарат  
Производитель: Gendex Dental Systems, США  
Тип излучения - генерирующий (рентгеновское)  
Виды работ: прицельная рентгенография  
Максимальное напряжение на аноде 70 кВ  
Максимальный анодный ток 8 мА  
Ограничительные условия: рабочая нагрузка не должна превышать 40 (мА\*мин.)/нед.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

